

仕 様 書

1 件名

電波監視業務用備品（周波数カウンタ付電力計）の購入について

2 品名及び数量

- | | |
|-------------------|----|
| (1)通過型電力計 | 2台 |
| (2)上記用ダミー抵抗（75Ω用） | 2式 |
| (3)上記用ダミー抵抗（50Ω用） | 2式 |
| (4)アルミケース | 2式 |

3 要件

- (1) DC～500MHzの周波数に対応していること。
- (2) 周波数及び空中線電力を同時に測定できること。
- (3) 周波数確度は $\pm 5 \times 10^{-9}$ Hz以内であること。
- (4) 空中電力は進行波が50Wまで測れること。
- (5) コネクタはM型メス標準であること。
- (6) 重量が3kg以内であること。

4 納入場所

〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2-14-4

（TEL 089-936-5051）

四国総合通信局 電波監理部監視調査課（以下、「主管課」という。）

5 納入期限

令和7年3月31日（月）まで

6 その他

- (1) 詳細については、主管課の指示によること。
- (2) 疑義等が生じた場合、主管課まで照会すること。