高周波利用設備　（選択）　の添付書類　　（　　1　装置分）					※整理番号		
1 工事設計	（装置の別）	(1) 使用周波数	(2) 発振方式	(3) 占有周波数帯幅又は周波数変動幅	(4) 高周波出力	(5) 負荷と電極の結合方式	(6) 装置内電源ろ波器
	第１	１３．５６MHz	自励発振	±５KHz	１００W	誘導結合	有
	（装置の別）	(7) 遮蔽部分	(8) 機器の製造者名		(9) 機器の型式又は名称		(10) 機器の製造番号
	第１	全部	株式会社〇〇〇		ＡＢＣ－１２３４５		６７８９０
	(11) 高周波そく流線輪	(12) 電源ろ波器	(13) 遮蔽室等		(14) その他の工事設計		(15) 添付図面
	□　有 □　無	☑　無	ア遮蔽室　□有　☑無 材料 構造 イ　設備を設置する建物の構造 鉄筋コンクリート造（２階に設置）		電波法第100条第5項において準用する同法第28条、第30条及び第38条に規定する条件に合致している。		□　ア　線路系統図 □　イ　装置の系統図 ☑　ウ　装置の外観を示す図又は写真
	(16) 設備規則第65条第１項における区分				(17) 定格入力電力		
	第3号、告示第207号第1項				３００ＶＡ		

2　設置場所付近の図面	☑　設置場所付近の建造物等の状況を示す図		
3　参考事項	第１装置の取替え		
フリガナ	かぶしきかいしゃ〇〇〇	6　設備の種別	通信設備以外の設備
4　氏名又は名称	株式会社〇〇〇（申請者と同一）		
フリガナ			
5　住所	愛媛県松山市味酒町２－１４－４　四国総合通信局 郵便番号　　－ 電話番号　　－　　－		
7　設置の目的	医療用		
8　設置場所	愛媛県松山市味酒町２－１４－４　四国総合通信局　内 郵便番号　　－ 電話番号　　－　　－ 担当者		

9　高周波電流を通ずる線路	(1) 種別	(2) 区間	10　許可の番号	11　許可の年月日
			四高第　　号	令和〇年〇月〇日

12　電波法施行規則別表第６号第１の表２の項の(1)の適用条件への適合	☑　適合している　□　適合していない
※備考	条件　使用周波数が他の通信設備に妨害を与える場合は、その妨害を除去するよう措置すること。